

## **Rapporto di Prova n. 0118159 / Sede N Rev. 0**

Data di emissione: 31/12/2025

Numero identificativo campione: 0118159 / Sede N

### **Campione di (α): Terreno**

Terreni da Bonifica – area soggetta ad Uso Residenziale (DLgs 152/06)

**Richiedente (α):** ARPA U.O.S. VALUTAZIONE DEL  
 SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE  
 SOTTERRANEE (MB)

arpa@pec.regione.lombardia.it

**Prelevatore (α):** A cura della parte in contradd con ARPA

**Codice Sito (α):** MB040.0003 - PEDEMONTANA  
 TRATTA B2 - AREE  
 INFLUENZATE DA INCIDENTE  
 ICMESA - COLLEGAMENTO  
 AUTOSTRADALE DALMINE -  
 COMO - VARESE - VALICO DEL  
 GAGGIOLO

**Comune (α):** Seveso - (MB)

**Metodo di campionamento:** Modalità definita da UO ente prelevatore

**Data di campionamento (α):** 17/11/2025

**Numero verbale (α):** 239758

**Punto di prelievo (α):** L3VAR\_ASC58.2\_FS02 campionato a Seveso e Meda

**Data di** 18/11/2025  
**accettazione:**

**Data inizio** 19/11/2025  
**prove:**

**Data fine** 23/12/2025  
**prove:**

### **Risultati delle prove**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa {k/liv conf}	Recupero %	LOQ	Limiti di legge	Rif.
<b>Parametri di base</b>							
<b>Scheletro</b> DM 13/09/1999 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met II.1	g/kg	288	± 14 {2/95%}		<1,0		(1)
<b>Furani e Diossine</b>							
<b>2,3,7,8-TCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	16,57		67	<0,10		
<b>1,2,3,7,8-PeCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	<0,5		74	<0,50		
<b>1,2,3,4,7,8-HxCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	<0,5		73	<0,50		
<b>1,2,3,6,7,8-HxCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	0,53		76	<0,50		
<b>1,2,3,7,8,9-HxCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	1,01		76	<0,50		
<b>1,2,3,4,6,7,8-HpCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	27,16		74	<0,50		
<b>OCDD</b> EPA 1613B 1994	ng/kg (ss)	205,33		64	<1,00		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova così come ricevuto e non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.

Le informazioni contrassegnate con (α) sono fornite dal cliente.

Il laboratorio declina la responsabilità delle informazioni fornite dal cliente.

## Rapporto di Prova n. 0118159 / Sede N Rev. 0

### Risultati delle prove

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa {k/liv conf}	Recupero %	LOQ	Limiti di legge	Rif.
<b>2,3,7,8-TCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	1,19		67	<0,10		
<b>1,2,3,7,8-PeCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	0,56		77	<0,50		
<b>2,3,4,7,8-PeCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	0,85		82	<0,50		
<b>1,2,3,4,7,8-HxCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	1,22		70	<0,50		
<b>1,2,3,6,7,8-HxCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	0,96		69	<0,50		
<b>2,3,4,6,7,8-HxCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	0,86		77	<0,50		
<b>1,2,3,7,8,9-HxCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	<0,5		64	<0,50		
<b>1,2,3,4,6,7,8-HpCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	7,17		71	<0,50		
<b>1,2,3,4,7,8,9-HpCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	0,98		63	<0,50		
<b>OCDF</b> <i>EPA 1613B 1994</i>	ng/kg (ss)	11,35		64	<1,00		
<b>Sommatoria PCDD/PCDF - come tossicità equivalente I-TEQ da conversione I-TEF (da calcolo) *</b> <i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n. 176 1988</i>	ngE/Kg (ss)	18,34*	± 6,24 {2/95%}		<0,50	10	(1)

(1) D.Lgs. 152/06, All.5. Tab.1 col.A (terr. uso residenziale siti contaminati) Parte quarta Tit. V.

\* Prova non Accreditata da Accredia

\* = Dato (evidenziato senza aver tenuto conto dell'incertezza) da prendere prioritariamente in considerazione per le eventuali valutazioni di competenza.

Per le determinazioni di residui/tracce, quando è presente la colonna "Recupero": se nella stessa è riportato un intervallo, il fattore di recupero non è stato utilizzato per il calcolo del risultato analitico; quando invece è indicato un singolo valore numerico, il fattore di recupero è stato applicato al risultato analitico

Legenda abbreviazioni:

K=fattore di copertura

Liv.conf.= livello di confidenza

**Firmato digitalmente da:**

Il RUO Applicazioni Specialistiche  
 Dr. Gaetano Garramone